
Configuration de l'AFF 20
Offset
-32 dB -15 dB 0 dB +15 dB +32 dB
Offset = 00 dB.
Niveau d'Alarme
75 dB 90 dB 105 dB 120 dB
Niveau d'Alarme = 105 dB.
Diagnostic
Configuration par défaut
Nom de l'AFF 20 : (24 caractères maxi.)
Salle Peter ISAMBARD
Envoi
Numéro de Série : (8 chiffres maxi.)
00000069
Configuration de l'Afficheur du Centre
Niveau Leq 1 Seconde
Config. de l'Afficheur en Bas à Gauche
Niveau Leq 10 Minutes
Config. de l'Afficheur en Bas à Droite
Niveau Crête
Fonctionnement de la Luminosité
Luminosité Automatique
Luminosité Manuelle
Type de Luminosité
Luminosité Intérieure
Luminosité Extérieure
Valeur de la Luminosité
Mini
Maxi
Niveau de la Luminosité = 01.
Boite de Dialogue de Réponse de l'AFF 20 :
AFF 20 - Version 2.0.
Numéro de Série : 00000069.
Nom de l'AFF 20 : Salle Peter ISAMBARD .
Niveau d'Alarme = 105 dB.
Offset = 00 dB.
Configuration de l'Afficheur du Centre = Niveau Leq 1 Seconde.
Configuration de l'Afficheur du Bas à Gauche = Niveau Leq 10 Minutes.
Configuration de l'Afficheur du Bas à Droite = Niveau Crête.
Fonctionnement de la Luminosité = Automatique.
Fonctionnement de la Luminosité = Intérieure.
Valeur de la Luminosité = 1 / 15.
Date = Lundi 21 Novembre 2005
Heure = 10:17
Le Système Fonctionne Correctement !!!
Réglage de la Date
lundi 21 novembre 2005
Envoi
Réglage de l'Heure (format XX:XX)
10:17
Envoi